



Ośrodek Badawczo-Rozwojowy  
Centrum Techniki Morskiej S.A.

ul. A. Dickmana 62  
81-109 Gdynia  
www.ctm.gdynia.pl

tel. (+48) 58 77 64 587  
fax: (+48) 58 77 64 764  
ctm@ctm.gdynia.pl

## ZAPYTANIE NR 3 DO „ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2019/0912/N” I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

W postępowaniu o zamówienie (Nr sprawy: 2019/0912/N), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy **na opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do bezodbićowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej oraz stanowiska do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych wysokiej mocy wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem części składowych tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”**

Zamawiający: Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w dniach 30.08. - 05.09.2019 r. otrzymał zapytania do Zapytania Ofertowego nr 2019/0912/N i udzielił następujących wyjaśnień:

Lp.	Treść zapytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	<p>W Załączniku 1 do OPZ „Wymagane dane techniczne elementów Stanowiska/Stanowisk” w Części 2 i 3 – Elementy komory – zestawy do pomiarów emisji promieniowanej/przewodzonej i odporności promieniowanej Zamawiający wymienia szereg elementów tych zestawów, nie specyfikując na jakiej podstawie zostanie dokonany odbiór zestawów. Co prawda w samym tytule postępowania jest mowa o dostawie, montażu i uruchomieniu części składowych stanowisk, ale nie jest to równoznaczne z uruchomieniem kompletnych stanowisk/zestawów pomiarowych. Czy w związku z tym Zamawiający oczekuje oferty na wymienione przyrządy pomiarowe zgodnie z ich listą, czy też oczekuje pełnego rozwiązania „pod klucz”, w tym wszystkich elementów, których nie</p>	<p>Zgodnie z zapisami OPZ wskazać należy, iż Dostawca urządzeń i wyposażenia realizujący Zadanie nr 1 odpowiedzialny będzie za koordynację prac montażowych Zadania nr 1 i Zadania nr 2, objętych przedmiotem zamówienia, wraz z uruchomieniem oraz zapewnieniem wymaganych parametrów stanowisk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• do pomiarów emisji przewodzonych i promieniowanych oraz badań odporności promieniowej od urządzeń i systemów techniki morskiej;</li><li>• do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy.</li></ul> <p>Zwazwszy na powyższe Zamawiający oczekuje, oprócz</p>

Kapitał zakładowy: 30 000 000 zł | Kapitał wpłacony: 30 000 000 zł | NIP: 584 020 36 01 | REGON: 220535280  
Konto bankowe: BANK PEKAO S.A. 741124029331111000029518306  
Sąd Rejonowy dla m. Gdańsk, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295769



POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A.



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





# CTM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy  
Centrum Techniki Morskiej S.A.

ul. A. Dickmana 62  
81-109 Gdynia  
www.ctm.gdynia.pl

tel. (+48) 58 77 64 587  
fax. (+48) 58 77 64 764  
ctm@ctm.gdynia.pl

<p>zostały wymienione, i które byłyby potrzebne, aby te zestawy pomiarowe działały? Nawiązując do pytania nr. 1 pytamy Czy Zamawiający oczekują integracji zestawów pomiarowych, połączenia ich z infrastrukturą komory, oraz ich walidacji i ewentualnego szkolenia użytkowników?</p>	<p>dostawy wymienionych w Załączniku nr 1 do OPZ, pełnego funkcjonującego systemu - rozwiązania „pod klucz”, a nie tylko części jego elementów składowych. Nadto przyjęta ryczałtowa forma wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wskazuje, iż należy również wykonać działania i dostarczyć elementy niezbędne do jego prawidłowej realizacji, a nie wymienione w przywoływanym załączniku. Zamawiający zwraca również uwagę, iż Zadanie nr 1 składa się z trzech nierozdzielnych Części (1, 2 i 3), zaś między innymi w punkcie 6.6 OPZ została wyszczególniona tematykę i zakres oraz czas trwania szkolenia użytkowników, jakie Dostawca urządzeń i wyposażenia zobowiązany jest przeprowadzić.</p>
<p>2.</p> <p>W treści Zapytania ofertowego podane są dane Osrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. jako Zamawiającego. Natomiast w Ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności wskazana jest jako Zamawiający Beneficjent Politechniki Wrocławskiej. Czy Zamawiający może jednoznacznie wskazać kto jest beneficjentem w tym postępowaniu, i jaka jest w nim rola Politechniki Wrocławskiej?</p>	<p>Zamawiający w zapisach projektu Umowy wskazywał, iż inwestycja realizowana będzie w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przywołany powyżej projekt realizowany jest wspólnie przez Konsorcjum, zaś jego członkowie (w tym Osrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.) są Beneficjentami. Liderem ww. Konsorcjum jest Politechnika Wroclawska dlatego wskazana jest jako główny Beneficjent w Bazie</p>

Kapitał zakładowy: 30 000 000 zł | Kapitał wpłacony: 30 000 000 zł | NIP: 584 020 36 01 | REGON: 2205352280  
Konto bankowe: BANK PEKAO S.A. 741 24029331 11 1000029518306  
Sąd Rejonowy dla m. Gdańska, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295769



POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A.



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





# CTM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy  
Centrum Techniki Morskiej S.A.

ul. A. Dickmana 62  
81-109 Gdynia  
[www.ctm.gdynia.pl](http://www.ctm.gdynia.pl)

tel. (+48) 58 77 64 587  
fax. (+48) 58 77 64 764  
[ctm@ctm.gdynia.pl](mailto:ctm@ctm.gdynia.pl)

		Konkurencyjności. Osrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. jako samodzielny podmiot jest Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu
3.	<p>Dlaczego Zamawiający dokonał wybiórczo zmian w nowo opublikowanym Załączniku 1 do OPZ „Wymagane dane techniczne elementów Stanowiska/Stanowisk” w Części 1 jak np. nie uwzględnił treści swojej odpowiedzi na pytanie dotyczące absorberów w pkt. 18, który je opisuje, jak również nie uwzględnił zmiany w opisie drzwi do komory, mimo dopuszczenia drzwi przesuwnych?</p>	<p>Zamawiający dokonał korekty w załączniku nr 1 do OPZ.</p>
4.	<p>W Załączniku 1 do OPZ „Wymagane dane techniczne elementów Stanowiska/Stanowisk” w Części 1 pkt 17 Filtry RF znajduje się wymaganie dostarczenia 2 filtrów zasilających 1-fazowych 4 x 16A, 250V. Czy Zamawiający może jednoznacznie stwierdzić czy w tym punkcie wymaga dwóch filtrów 1-fazowych 2 x 16A, 250V, czy dwóch filtrów 3-fazowych 4 x 16A, 400V?</p>	<p>Zamawiający dokonał korekty w załączniku nr 1 do OPZ.</p>
5.	<p>W Załączniku 1 do OPZ „Wymagane dane techniczne elementów Stanowiska/Stanowisk” w Części 1 pkt 15 Panele wentylacyjne znajduje się wymaganie dostarczenia paneli wyposażonych w kominerze umożliwiające połączenie do instalacji budynku. Jednocześnie w pkt. 25 Klimatyzacja komory wymaga się dostarczenia urządzenia zapewniającego klimatyzację komory oraz pomieszczeń AR i CR. Czy Zamawiający</p>	<p>Klimatyzacja ma być niezależna od klimatyzacji budynku laboratorium i umożliwiać niezależną regulację (w tym utrzymanie różnych warunków) w każdym z ww. pomieszczeń. Dostarczenie i uruchomienie systemu klimatyzacji komory oraz pomieszczeń AR i CR leży po stronie Dostawcy urządzeń i wyposażenia. W ramach realizacji budynku laboratorium zostaną wykonane kanały technologiczne niezbędne do montażu i uruchomienia ww. klimatyzacji.</p>


Kapitał zakładowy: 30 000 000 zł | Kapitał wpłacony: 30 000 000 zł | NIP: 584 020 36 01 | REGON: 220535280  
Konto bankowe: BANK PEKAO S.A. 741 24029331 111 000029518306  
Sąd Rejonowy dla m. Gdańska, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295769



POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A.



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





Osrodek Badawczo-Rozwojowy  
Centrum Techniki Morskiej S.A.

ul. A. Dickmana 62  
81-109 Gdynia  
www.ctm.gdynia.pl

tel. (+48) 58 77 64 587  
fax. (+48) 58 77 64 764  
ctm@ctm.gdynia.pl

<p>może jednoznacznie potwierdzić, czy komora i pomieszczenia AR i CR mają mieć osobny system klimatyzacji niezależny od budynku, czy mają być podłączone do systemu klimatyzacji w budynku?</p>	
<p>6. W Załączniku 1 do OPZ „Wymagane dane techniczne elementów Stanowiska/Stanowisk” w Części 3 pkt 10 Komputer z programem do badania odporności promieniowanej wymaga się dostarczenia dokumentów kalibracji, wzorcowania. Czy Zamawiający może wyjaśnić co w komputerze z oprogramowaniem miałyby podlegać kalibracji i/lub wzorcowaniu?</p>	<p>Zamawiający wskazuje, iż komputer z oprogramowanie jest jednym z elementów toru pomiarowego. Prezentowane wyniki na ww. nie powinny być inne niż wskazywane na przyrządach pomiarowych. W ramach przedmiotowego obszaru Zamawiający oczekuje dokumentacji potwierdzającej powyższe.</p>
<p>7. W Załączniku 1 do OPZ „Wymagane dane techniczne elementów Stanowiska/Stanowisk” w Części 1 pkt 5 Gabaryty komory Zamawiający zmodyfikował poprzedni zapis podając obecnie max wymiar zewnętrzny ekranu. Jednocześnie w tabeli po lewej stronie podaje, że wymiar ten jest gabarytem komory wraz z konstrukcją wsporczą. Czy Zamawiający może usunąć tę niespójność podając albo wymiar komory wraz konstrukcją wsporczą, albo wymiar ekranu, wraz z tolerancją wykonania?</p>	<p>Zamawiający uszczegółowił zapisy załącznika nr 1 do OPZ w Części 1 pkt 5 Gabaryty komory.</p>
<p>8. W Załączniku 1 do OPZ „Wymagane dane techniczne elementów Stanowiska/Stanowisk” w Części 1 pkt 19 Konwertery optyczne Zamawiający wymaga dostawy określonych ilości konwerterów. Konwertery te są</p>	<p>Zamawiający dokonał korekty w załączniku nr 1 do OPZ.</p>

Kapitał zakładowy: 30 000 000 zł | Kapitał wpłacony: 30 000 000 zł | NIP: 584 020 36 01 | REGON: 220535280  
Konto bankowe: BANK PEKAO S.A. 74124029331111000029518306  
Sąd Rejonowy dla m. Gdańsk, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295769



POLSKA GRUPA ZBRJOENIOWA S.A.



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**CTM**Ośrodek Badawczo-Rozwojowy  
Centrum Techniki Morskiej S.A.ul. A. Dickmana 62  
81-109 Gdynia  
www.ctm.gdynia.pltel. (+48) 58 77 64 587  
fax. (+48) 58 77 64 764  
ctm@ctm.gdynia.pl

zazwyczaj sprzedawane w parach do zastosowania na zewnętrz i wewnętrz ekranu ( odbiornik – nadajnik, duplex ). Czy Zamawiający uściślić czy podane ilości oznaczają sztuki konwerterów, czy ilości kompletów, każdy składający się z pary konwerterów?	
9. Przesunięcie terminu składania ofert z dnia 12.09.2019 r. (czwartek) na 16.09.2019 r. ( poniedziałek ) daje wykonawcom tylko jeden dodatkowy dzień roboczy na prace nad przygotowaniem oferty. Dokumenty muszą zostać wysłane 13.09.2019 r. by dotarły na miejsce w poniedziałek. W związku ze złożonością zagadnienia i zmianami wprowadzonymi w SWIZ i OPZ wnosimy o przeniesienie terminu składania na 20.09.2019 r.(czwartek).	Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 18.09.2019 r. do godz. 12:00.

**Powyzsze odpowiedzi modyfikują Załącznik Nr 1 do OPZ – Wymagania techniczne.  
W związku z powyższym Zamawiający dodaje poprawiony ww. załącznik.  
Wykonawcy składając ofertę zobowiązani są uwzględnić wprowadzone zmiany.**

KIEROWNIK  
ZESPOŁU LOGISTYKI ZAPAKOWANIA  
Barbara JAKUBIEC.....  
podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania ZamawiającegoKapitał zakładowy: 30 000 000 zł | Kapitał wpłacony: 30 000 000 zł | NIP: 584 020 36 01 | REGON: 2205352280  
Konto bankowe: BANK PEKAO S.A. 741 24029331 111 000029518306  
Sąd Rejonowy dla m. Gdańska, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295769

POLSKA GRUPA ZBRÓJENIOWA S.A.

Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i ŚrodowiskoRzeczpospolita  
PolskaUnia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego