

ZAPYTANIE Nr 11 DO „ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2020/0486-0487/N” I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

W postępowaniu o zamówienie (Nr sprawy: 2020/0486-0487/N), którego przedmiotem jest **realizacja robót budowlanych oraz zadań towarzyszących wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”** Zamawiający: Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A, otrzymał poniższe pytania do Zapytania Ofertowego nr 2020/0486-0487/N i udzielił następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

1. Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa i montaż wózka jezdnego dla stanowiska badań jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający potwierdza, iż dostawa oraz montaż (przywołanego w opisie dokumentu „Wymagania dotyczące dostawy i montażu wyposażenia oraz uruchomienia w obszarze technologii” dla zewnętrznego stanowiska do badania pola magnetycznego) wózka jezdnego jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

2. Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa i montaż torowiska wózka jezdnego dla stanowiska badań jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wskazuje, iż dostawa oraz montaż (przywołanego w opisie dokumentu „Wymagania dotyczące dostawy i montażu wyposażenia oraz uruchomienia w obszarze technologii” dla zewnętrznego stanowiska do badania pola magnetycznego) torowiska jest w zakresie zobowiązania wykonawcy robót budowlanych. Zwraca się uwagę, iż torowisko oraz wszelkie elementy montażowe z nim związane muszą być wykonane z materiałów niemagnetycznych.

Powyższe jest jednym z elementów do wyceny ujętych w pozycji 3.4 RCO.

Nadto zwraca się uwagę na udzieloną odpowiedź na pytanie nr 5-6 Zapytania Nr 5 do „Zapytania ofertowego nr 2020/0486-0487/N” i Wyjaśnienia Zamawiającego

Pytanie nr 3:

3. Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa i montaż uzwojeń kompensacyjnych dla stanowiska badań jest po stronie Zamawiającego.

Kapitał zakładowy: 30 000 000 zł | Kapitał wpłacony: 30 000 000 zł | NIP: 584 020 36 01 | REGON: 220535280
Konto bankowe: BGK Region Pomorski 08 1130 1121 0006 5642 1820 0001
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000295769



Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wskazuje, iż dostawa oraz montaż (przywołanych w opisie dokumentu „Wymagania dotyczące dostawy i montażu wyposażenia oraz uruchomienia w obszarze technologii” dla zewnętrznego stanowiska do badania pola magnetycznego) uzwojeń kompensacyjnych wraz z ich połączeniem w skrynkach połączeń uzwojeń jest w zakresie zobowiązania wykonawcy robót budowlanych. Powyższe jest jednym z elementów do wyceny ujętych w pozycji 3.6 RCO.

Pytanie nr 4:

4. Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa i montaż rur osłonowych znajdujących się pod ziemią i nad ziemią dla stanowiska badań jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wskazuje, iż dostawa oraz montaż przywołanych w opisie dokumentu „Wymagania dotyczące dostawy i montażu wyposażenia oraz uruchomienia w obszarze technologii” dla zewnętrznego stanowiska do badania pola magnetycznego, rur osłonowych znajdujących się pod ziemią i nad ziemią dla stanowiska badań jest w zakresie zobowiązania wykonawcy robót budowlanych. Powyższe jest jednym z elementów do wyceny ujętych w pozycji 3.6 RCO.

Pytanie nr 5:

5. Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa i montaż skrzynek połączeń uzwojeń dla stanowiska badań jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wskazuje, iż dostawa oraz montaż przywołanych w opisie dokumentu „Wymagania dotyczące dostawy i montażu wyposażenia oraz uruchomienia w obszarze technologii” dla zewnętrznego stanowiska do badania pola magnetycznego, skrzynek połączeń uzwojeń jest w zakresie zobowiązania wykonawcy robót budowlanych. W tym obszarze zwraca się uwagę na konieczność ich wykonania z materiałów niemagnetycznych. Powyższe jest jednym z elementów do wyceny ujętych w pozycji 3.6 RCO.

Pytanie nr 6:

6. Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa i montaż kabli komunikacyjnych dla stanowiska badań na odcinku od projektowanej szafy teletechnicznej do sensorów jest po stronie Zamawiającego.

Kapitał zakładowy: 30 000 000 zł | Kapitał wpłacony: 30 000 000 zł | NIP: 584 020 36 01 | REGON: 220535280
Konto bankowe: BGK Region Pomorski 08 1130 1121 0006 5642 1820 0001
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000295769



POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający potwierdza, iż dostawa oraz montaż (przywołanych w opisie dokumentu „Wymagania dotyczące dostawy i montażu wyposażenia oraz uruchomienia w obszarze technologii” dla zewnętrznego stanowiska do badania pola magnetycznego) kabli komunikacyjnych na odcinku od sensorów do szafy teletechnicznej jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 7:

7. Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa i montaż sensorów dla stanowiska badań jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający potwierdza, iż dostawa oraz montaż (przywołanych w opisie dokumentu „Wymagania dotyczące dostawy i montażu wyposażenia oraz uruchomienia w obszarze technologii” dla zewnętrznego stanowiska do badania pola magnetycznego) sensorów jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 8:

8. Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa i montaż zasilaczy dla stanowiska badań jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający wskazuje, iż zapewnienie (przywołanych w opisie dokumentu „Wymagania dotyczące dostawy i montażu wyposażenia oraz uruchomienia w obszarze technologii” dla zewnętrznego stanowiska do badania pola magnetycznego) zasilaczy jest po stronie Zamawiającego. Powyższe zasilacze są już w chwili obecnej zainstalowane w pomieszczeniu wskazanym w przywołanym powyżej opracowaniu. Zamawiający zwraca uwagę, iż wykonanie okablowania pomiędzy stanowiskiem zewnętrznym, a zasilaczami jest w zakresie zobowiązania wykonawcy robót budowlanych. Nadto w tym obszarze (z uwagi, iż zasilacze są i będą docelowo również wykorzystywane dla potrzeb stanowiska badawczego w obiekcie B1) należy wykonać przełącznice zasilania uzwojeń kompensacyjnych pozwalający na wybór obiektu (zewnętrzne stanowisko / B1), który ma być podłączony przez użytkownika do zespołu zasilaczy uzwojeń kompensacyjnych. Powyższy zakres jest jednym z elementów do wyceny ujętych w pozycji 3.6 RCO.

Pytanie nr 9:

9. Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa i montaż monitoringu dla stanowiska badań jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający wskazuje, iż dostawa oraz montaż (przywołanego w opisie projektu architektoniczno-budowlanego zewnętrznego stanowiska do badania pola magnetycznego) monitoringu jest w zakresie zobowiązania wykonawcy robót budowlanych. Powyższe jest jednym z elementów do wyceny ujętych w pozycji 3.7 RCO.

Pytanie nr 10:

10. Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa i montaż opraw oświetlenia mobilnego dla stanowiska badań jest po stronie Zamawiającego. Jeżeli tak proszę podać typ oraz ilość opraw.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający wskazuje, iż dostawa oraz montaż (przywołanego w opisie projektu architektoniczno - budowlanego zewnętrznego stanowiska do badania pola magnetycznego) oświetlenia mobilnego jest w zakresie zobowiązania wykonawcy robót budowlanych. Powyższe jest jednym z elementów do wyceny ujętych w pozycji 3.7 RCO.

W obszarze wymagane natężenie oświetlenia to 300 lx.

W tym celu należy wykonać 15 opraw przemysłowych o poniższych parametrach:

- strumień świetlny - 8800 lm,
- moc - 56 W,
- barwa światła - 4000 K,
- Ra - 80,
- IP65.

KIEROWNIK
ZESPOŁU LOGISTYKI ZAOPATRZENIA

Barbara JAKUBIEC

.....
podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego

Kapitał zakładowy: 30 000 000 zł | Kapitał wpłacony: 30 000 000 zł | NIP: 584 020 36 01 | REGON: 220535280
Konto bankowe: BGK Region Pomorski 08 1130 1121 0006 5642 1820 0001
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000295769

 POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA