

ZAPYTANIE Nr 1 DO POSTĘPOWANIA NR 2022/0257N oraz ZMIANA NR 2 ZAPISÓW ZAPYTANIA

W postępowaniu o zamówienie (Nr sprawy: 2022/0257/N), którego przedmiotem jest **Przeniesienie, montaż i uruchomienie Komory Rewerberacyjnej z dotychczasowej lokalizacji do nowego budynku OBR CTM S.A. w Gdyni na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”** Zamawiający: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. otrzymał zapytania do Warunków postępowania i udzielił nw. wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający przewidują wydłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń jak np. naprawa pewnych elementów komory?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku wykrycia nieprawidłowości/ wad przed rozpoczęciem demontażu komory, Zamawiający na wniosek Wykonawcy wydłuży czas realizacji, o czas niezbędny do wymiany wadliwego elementu.

Pytanie 2:

Jak wynika z naszej wiedzy, spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w punkcie V zapytania ofertowego, jest praktycznie niemożliwe do spełnienia wśród Wykonawców. Z tego powodu wnioskujemy o zmianę zapisu: b)niezbędnej wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 1 realizację przeniesienia komory rewerberacyjnej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub minimum 1 budowę komory rewerberacyjnej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zapytania Ofertowego. Na: b) niezbędnej wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 1 realizację przeniesienia komory bezodbiciowej lub rewerberacyjnej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub minimum 1 budowę komory bezodbiciowej lub rewerberacyjnej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis i nadaje mu nowe brzmienie:

b) niezbędnej wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 1 realizację przeniesienia komory bezodbiciowej lub rewerberacyjnej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub minimum 1 budowę komory bezodbiciowej lub rewerberacyjnej w

Kapitał zakładowy: 30 000 000 zł | Kapitał wpłacony: 30 000 000 zł
NIP: 584 020 36 01 | REGON: 220535280
Konto bankowe: BGK Region Pomorski 08 1130 1121 0006 5642 1820 0001
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000295769



okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zapytania Ofertowego.

*Do oferty należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi/roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Pytanie 3:

Czy podłoga w miejscu do którego ma być przeniesiona komory spełnia odpowiednie normy i jest odpowiednia jej płaskość?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga w ramach realizacji zlecenia, aby doprowadzić płaskość posadzki w miejscu montażu do poziomu co najmniej 1mm/1m i 3mm/3m, tak aby było możliwe prawidłowe montowanie komory rewerberacyjnej.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający zgadza, aby termin realizacji zamówienia - 21 dni, obowiązywał od momentu udostępnienia miejsca pracy dla Wykonawcy, a nie od momentu podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach do Zapytania dotyczący terminu realizacji na:

Wykonawca zobowiązany jest do nieprzerwanej realizacji Umowy na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym i w Umowie, przy czym przez nieprzerwaną realizację Umowy należy rozumieć wykonywanie czynności zmierzających do realizacji zamówienia w kolejne, następujące po sobie dni kalendarzowe, bez przerw (nie dłużej niż 21 dni kalendarzowych), z zastrzeżeniem, że realizacja zamówienia nastąpi nie później niż do dnia 29 lipca 2022 r.

Pytanie 5:

Czy budynek do którego ma być przeniesiona komora, posiada/będzie posiadał pozwolenie na użytkowanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Budynek będzie posiadał pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie 6:

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym komory rewerberacyjnej podczas wizji lokalnej w dniu 20 kwietnia zwrócono uwagę na zniszczoną wykładzinę PVC w pomieszczeniu kontrolnym oraz konieczność poprawienia płaskości posadzki w docelowym miejscu instalacji. Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje rozszerzenie zakresu prac dla Dostawcy o wymianę wykładziny PVC na nową oraz o doprowadzenie płaskości posadzki do poziomu co najmniej 1mm/1m i 3mm/3m, która jest wymogiem to instalacji komór EMC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w ramach realizacji zlecenia, wykonawca musi wymienić zniszczoną wykładzinę PCV w pomieszczeniu kontrolnym na nową, identyczną lub nie gorszą od dotychczasowej.

Zamawiający potwierdza, że w ramach realizacji zlecenia, należy doprowadzić płaskość posadzki w miejscu montażu do poziomu co najmniej 1mm/1m i 3mm/3m, tak aby było możliwe prawidłowe montowanie komory rewerberacyjnej.

Pytanie 7:

Czy w przypadku wykrycia nieprawidłowości/wady elementu składowego komory podczas jej demontażu, Zamawiający na wniosek Dostawcy wydłuży czas realizacji o czas niezbędny do wymiany wadliwego elementu i czy Zamawiający pokryje dodatkowy koszt wymiany tego elementu?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku wykrycia nieprawidłowości/wad przed rozpoczęciem demontażu komory, zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy wydłuży czas realizacji o czas niezbędny do wymiany wadliwego elementu oraz dokona wymiany wadliwego elementu we własnym zakresie.

.....
(podpis osoby uprawnionej)

Kapitał zakładowy: 30 000 000 zł | Kapitał wpłacony: 30 000 000 zł
NIP: 584 020 36 01 | REGON: 220535280
Konto bankowe: BGK Region Pomorski 08 1130 1121 0006 5642 1820 0001
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000295769

